

 Tel. (+39).0424.567842 Fax. (+39).0424.567849	<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE</b> <b>EU DECLARATION OF CONFORMITY</b>	Nr. 027447  Pag. 01 di 01
<b>Nome del fabbricante:</b> Seitron S.p.A. a socio unico <i>Constructor name:</i>		
<b>Indirizzo del fabbricante:</b> Via Prosdocimo, 30 <i>Constructor address:</i> 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia		
<b>dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il seguente prodotto:</b> <i>declares under its sole responsibility that following product:</i>		
<b>Nome del prodotto:</b> K0 <i>Product name:</i> Analizzatore di combustione <i>Combustion analyzer</i>		
<b>Versioni del prodotto:</b> Tutte <i>Product versions:</i> All Nomi commerciali: Chemist 50- - <i>Sales models:</i>		
<b>e' conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:</b> <i>is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:</i>		
<b>EMC (2014/30/UE):</b> EN-50270 (2006)		
<b>LVD (2014/35/UE):</b> EN 60335-1 (2012) (Per le parti citate nella norma di prodotto) (For parts mentioned in the Product Standard)		
<b>Di prodotto:</b> EN 50379-1 (2012) <i>(Product):</i> (Requisiti generali e metodi di prova) (General requirements and test methods)		
EN 50379-2 <sup>1</sup> (2012) (Requisiti prestazionali per apparecchiature impiegate per ispezioni e valutazioni obbligatorie) (Performances requirements for apparatus used in statutory inspections and assessment)		
<b>RoHS2 (2011/65/UE):</b> EN-50581 (2012) Per i sensori di O <sub>2</sub> elettrochimici vale l'esenzione di cui all'Allegato IV, punto 1b. Electrochemical O <sub>2</sub> sensors are exempted according to Annex IV, point 1b.		
<b>Note aggiuntive:</b> Lo strumento è conforme alle norme italiane UNI 10845, per la misura del tiraggio ed UNI 10389-1, per la misurazione del rendimento di combustione. <i>Further notes:</i> This instrument is compliant with the requirements of the Italian standard UNI 10845, for draft measurement, and UNI 10389-1, for combustion efficiency measurement.		
Bassano del Grappa, li 16/09/16  <div style="text-align: right;">           Ing. Vito Feleppa          Amministratore Delegato Seitron S.p.A. a socio unico       </div>		
1 Valido per le configurazioni che includono uno o più dei seguenti sensori: Valid for configurations equipped with one or more of the following sensors: O <sub>2</sub> : Qualunque codice / All codes CO+H <sub>2</sub> : Cod. AAC SE12 (Low+Mid) Cod. AAC SE20 (Mid) CO: Cod. AAC SE18 (High) NO (optional): Cod. AAC SE10 SO <sub>2</sub> (optional): Cod. AAC SE13		
<b>Seitron S.p.A. a socio unico</b> Via Prosdocimo, 30 36061 Bassano del Grappa (VI) Tel. (+39).0424.567842 Fax. (+39).0424.567849		