

 Tel. (+39).0424.567842 Fax. (+39).0424.567849	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE EU DECLARATION OF CONFORMITY	Nr. 027948 Pag. 01 di 01
Nome del fabbricante: Seitron S.p.A. a socio unico <i>Constructor name:</i>		
Indirizzo del fabbricante: Via Prosdocimo, 30 <i>Constructor address:</i> 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia		
dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il seguente prodotto: <i>declares under its sole responsibility that following product:</i>		
Nome del prodotto: K2 <i>Product name:</i> Analizzatore industriale di emissioni <i>Industrial emissions analyzer</i>		
Versioni del prodotto: Tutte <i>Product versions:</i> All Nomi commerciali: Chemist 90- - <i>Sales models:</i>		
e' conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: <i>is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:</i>		
EMC (2014/30/UE): EN-50270 (2006)		
LVD (2014/35/UE): EN 60335-1 (2012) (Per le parti citate nella norma di prodotto) (For parts mentioned in the Product Standard)		
Di prodotto: EN 50379-1 (2012) <i>(Product):</i> (Requisiti generali e metodi di prova) (General requirements and test methods)		
EN 50379-2 ¹ (2012) (Requisiti prestazionali per apparecchiature impiegate per ispezioni e valutazioni obbligatorie) (Performances requirements for apparatus used in statutory inspections and assessment)		
RoHS2 (2011/65/UE): EN-50581 (2012) Per i sensori di O ₂ elettrochimici vale l'esenzione di cui all'Allegato IV, punto 1b. Electrochemical O ₂ sensors are exempted according to Annex IV, point 1b.		
Note aggiuntive: Lo strumento è conforme alle norme italiane UNI 10389-1, per la misurazione <i>Further notes:</i> del rendimento di combustione. This instrument is compliant with the requirements of the Italian standard UNI 10389-1, for combustion efficiency measurement.		
Bassano del Grappa, li 24/01/17		
Ing. Vito Feleppa Amministratore Delegato Seitron S.p.A. a socio unico		
		
1 Valido per le configurazioni che includono uno o più dei seguenti sensori: Valid for configurations equipped with one or more of the following sensors:		
O ₂ : Qualunque codice / All codes		
CO+H ₂ : Cod. AAC SE12 (Low+Mid)		
CO: Cod. AAC SE18 (High)		
NO (optional): Cod. AAC SE10		
SO ₂ (optional): Cod. AAC SE13		
Seitron S.p.A. a socio unico Via Prosdocimo, 30 36061 Bassano del Grappa (VI) Tel. (+39).0424.567842 Fax. (+39).0424.567849		